



ประกาศเทศบาลตำบลสะพลี  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (จัดซื้อถังอ๊อกซิเจน) โดยวิธี  
เฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลสะพลี ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (จัดซื้อถังอ๊อกซิเจน)  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (จัดซื้อถังอ๊อกซิเจน) จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ ออ ทรัฟฟิก โดยเสนอราคา เป็นเงิน  
ทั้งสิ้น ๒๖,๗๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกฤชญา โลพิศ)  
นายกเทศมนตรีตำบลสะพลี

**ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**

โครงการ/ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (จัดซื้อถังอ๊อกซิเจน)  
หน่วยงาน/กอง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	รายละเอียด ของพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง	จำนวน หน่วย	[ ] ราคามาตรฐาน [ / ] ราคาที่ได้มาจากการสืบจากท้องตลาด (หน่วยละ)	จำนวนเงินที่ ขอซื้อ/จ้าง ครั้งนี้	หมายเหตุ
๑	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังอ๊อกซิเจนทางการแพทย์ ขนาด ๑.๕Q (๑๐ ลิตร)</li> <li>- เก๊วัดแรงดัน</li> <li>- รถเข็น ขนาด ๑.๕Q</li> <li>- สายเสียบจมูก (Cannula hose) ๗ ฟุต (๒.๑เมตร)</li> <li>- แหวนปากตาย สำหรับเปิดปิด</li> <li>- มีก้าชเต็มถัง พร้อมใช้ได้ทันที</li> </ul> <p align="center"><b>คุณสมบัติถังอ๊อกซิเจน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังอ๊อกซิเจนการแพทย์ระบบออกขนาด ๑.๕Q (๑๐ ลิตร)           <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังเหล็กไร้รอยต่อ</li> <li>- คุณภาพมาตรฐาน ISO๙๔๐๘-๓</li> <li>- ความดัน ๑๕๐ บาร์ (๒,๑๖ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)</li> <li>- ไฮดรอลิกทดสอบความดัน ๒๕๐ บาร์ (๓,๖๒๖ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)</li> <li>- น้ำหนัก ๓๓.๕ กก.</li> <li>- ความกว้าง ๑๕ ซม. , ความสูง ๙๗ ซม.</li> <li>- วาร์ค CGA๕๔๐</li> </ul> </li> </ul> <p align="center"><b>มืออ๊อกซิเจนสำหรับ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ๘ ชั่วโมง ๓๐ นาที (๒ ลิตร/นาที ๑๕๐๐ psi)</li> <li>- ๕ ชั่วโมง ๓๙ นาที (๓ ลิตร/นาที ๑๕๐๐ psi)</li> </ul>	๓ ชุด	๘,๘๐๐.๐๐	๒๖,๗๐๐.๐๐	<p>ให้พิจารณา รายการสินค้า ที่ผลิตใน ประเทศไทย <b>(ถ้า มี)</b></p> <p>เร้นจำเป็น หรือต้อง<sup>ก</sup> นำเข้าจาก ต่างประเทศ ตามเงื่อนไข<sup>ก</sup> ข้อ ๑.๑ ๑.๑.๓ (๒)</p>

ลำดับ ที่	รายละเอียด ของพัสดุที่จะจ้าง	จำนวน หน่วย	[ ] ราคา มาตรฐาน [ / ] ราคาที่ได้มา จากการสืบจาก ท้องตลาด (หน่วยละ)	จำนวนเงินที่ ขอจ้างครั้งนี้	หมายเหตุ
	<p style="text-align: center;"><u>คุณสมบัติเก็บวัดแรงดัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องควบคุมแรงดันและปรับอัตราการไหลของออกซิเจน แบบติดหัวถังออกซิเจน</li> <li>- เครื่องวัดความดันออกซิเจนอ่านง่าย 3000psi</li> <li>- ไฟล์มิเตอร์ความถูกต้อง +-10%</li> </ul> <p style="text-align: center;"><u>ระบบออกไนโตรเจน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขวดทำด้วยวัสดุ Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) ทองเหลืองชุบโคโรเมียม</li> <li>- สายเตียบจมูก (Cannula hose) ๗ ฟุต (๒.๑เมตร)</li> <li>- แหวนปากตาย สำหรับเปิดปิด</li> <li>- ผ่านการทดสอบและรับประกันเป็นเวลา ๑ ปี</li> </ul> <p style="text-align: center;"><u>รถเข็น</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รถเข็น แข็งแรงคงทน</li> <li>- รถเข็นมีสมดุลที่ดี</li> </ul>				
ราคารสินค้า				๒๖,๗๐๐.๐๐	
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๖,๗๐๐ บาท (-สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)					

ลงชื่อ.....  ผู้จัดทำ

(สิบเอกเฉลิมศักดิ์ หลิ่มสัมพันธ์)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ